

再発防止策について

区分	項 目 内 容
1 医療機器・器具	1. 生体モニターのアラーム音、音色
	2. 生体モニターのデータ
	3. 気管挿管チューブの口径に合わないプラスチックネブライザーへの変更
2 マニュアル	4. 吸入時のケア
	5. 挿管中のケア
3 急変時の対応の周知	6. 緊急コール（コードブルーなど）
	7. 心肺停止時の蘇生の優先順位
4 院内連携	8. 他科連携強化（他科のサポート）
	9. 診療録への記載
5 患者説明	10. 説明文書、同意書の標準化（体制を含めて）
	11. 看護師による IC 後の患者、家族の反応の確認
6 教育	12. 気管挿管チューブの逸脱・迷入により生命の危険に陥りやすいこと
	13. 人工呼吸器と気管切開チューブ
7 治療・処置	14. 気管挿管チューブ内腔狭小化時対応
	15. 気管切開チューブの皮膚縫合の検討
	16. 気管挿管チューブからの吸入指示
8 病院全体	17. 医療従事者の数を含めた医療体制の見直し